

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu	
Číslo zakázky	Č.j.: HSKL-8822-2/2012-IZS a OŘ
Název zakázky	Měřicí zařízení dýchacích přístrojů
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce)	Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení zakázky	21. 9. 2012
Název zadavatele	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Sídlo zadavatele	Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Jméno a příjmení zástupce zadavatele, jeho telefon a e-mailová adresa	plk. Ing. Miloš Hladík náměstek krajského ředitele pro IZS a operační řízení, vrchní rada tel: 950 870 200, e-mail: milos.hladik@sck.izscr.cz
ICO zadavatele	70885371
DIC zadavatele	Není plátce
Jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa	nrap. Lubomír Huml technik chemické služby, vrchní inspektor tel: 950 870 166, e-mail: lubomir.huml@sck.izscr.cz por. Radek Suchopárek, DiS. technik strojní a technické služby, komisař tel: 950 870 228, e-mail: radek.suchoparek@sck.izscr.cz
Lhůta pro podávání nabídek	8. 10. 2012 do 10:00 hod
Místo pro podávání nabídek	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Popis předmětu zakázky	<p>Pořízení 4 ks měřících zařízení dýchacích přístrojů vhodných pro měření dýchacích přístrojů Saturn a Dräger, případně dalších přístrojů odpovídajících ČSN EN 137. Na přístroji bude možno zkoušet přetlakové protichemické oděvy. Zařízení lze připojit k počítači s operačním systémem Windows XP a vyšší. Zařízení musí umožňovat:</p> <ul style="list-style-type: none">• zkoušku těsnosti dýchacího přístroje,• dynamickou zkoušku při spotřebě vzduchu danou ČSN EN 137,• měření statického přetlaku v masce,• otevírací přetlak výdechového ventilku masky,• zjištění hodnoty středotlaku,• potvrzení přesnosti manometru min. ve třech bodech,• kontroly hodnoty tlaku aktivace výstražného systému,• možnost uživatele naprogramovat si jakýkoli přístroj,• kalibrace měřících zařízení musí být prováděny v místech plnění

	<p>zakázky dle smlouvy a v případě změny dislokace dle požadavku kupujícího,</p> <ul style="list-style-type: none"> • připojení na počítač (počítač dodá zadavatel) pomocí softwaru v českém jazyce umožňující nastavit hodnoty měření dýchacích přístrojů, • zadání identifikačních hodnot zkoušeného přístroje a tisk protokolu zkoušky (tiskárnu dodá zadavatel), • nastavení různých úrovní přístupu pro více uživatelů chráněného heslem, • ukládání výsledku zkoušek do databáze. <p>Součástí dodávky musí být:</p> <ul style="list-style-type: none"> • přípojka pro napojení zdroje tlakového vzduchu, • potřebné propojky pro připojení dýchacích přístrojů Saturn a Dräger, • přípojka na měření protichemických oděvů, • kalibrace měřícího zařízení bude provedena v měsíci dodání přístroje zadavateli, • návod na obsluhu v českém jazyce.
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH)	Cena bez DPH 996.667,- Kč
Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky	5. 12. 2012
Místo dodání / převzetí plnění	Stanice HZS Středočeského kraje uvedené v návrhu smlouvy.
Hodnotící kritéria	Nejnižší nabídková cena
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele	<ul style="list-style-type: none"> • Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele • Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele • Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán • Kopie dokladu o oprávnění k podnikání • 1x podepsaný návrh smlouvy
Požadavky na uvedení kontaktní osoby uchazeče	Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavek na písemnou formu nabídky	Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě v uzavřené obálce s označením „NEOTEVÍRAT“ a názvem veřejné zakázky. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Požadovaný jazyk nabídky	Jazyk český
Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu	Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to podobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

<p>Další požadavky na zpracování nabídky</p>	<p>Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na webových stránkách www.hzscr.cz/clanek/hzs-stredoceskeho-kraje-menu-nabidky-a-zakazky-verejne-zakazky.aspx zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje všech dodavatelů, kteří podali nabídku a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.</p> <p>Variantní nabídky se nepřipouští.</p>
<p>Zadávací řízení se řídí</p>	<p>§ 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.</p>
<p>Přílohy</p>	<p>Příloha č. 1 návrh smlouvy</p>
<p>Podpis zástupce zadavatele</p>	